



INNOVATION ET
DEVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUES

CERTIFICAT DE CONTRÔLE

N° 1012078

APPAREIL CONTRÔLÉ : ATV15

n° 63

Date contrôle : 14 décembre 2010

Effectué par : Hélène Gély-Minière

Configuration :

CPU 386

Carte Mesure RTD DM406

Disque Dur 500 Mo

Mémoire 3 Mo

Contrôles effectués :


TESTS FONCTIONNELS	Page	MESURES	Page
Bloc Alim. externe 220V/12V	1	Bruit avec entrées shuntées en fonction du Gain	Gain 1 2
Pile de sauvegarde	1		Gain 2 3
Alimentations internes	1		Gain 4 4
Charge batterie	1		Gain 8 5
Batteries	1	Signal sinusoïdal 100mV à 10Hz en Gain 8	6
Imprimante	1	Signal sinusoïdal 4000mV à 10Hz en Gain 1	7
Présence papier	1	Signal sinusoïdal 500mV à 10Hz en fonction du Gain	Gain 1 8
Ecran	1		Gain 2 9
Clavier	1		Gain 4 10
Port USB	1		Gain 8 11
Interrupteur M/A	1	Signal sinusoïdal 500mV Gain 8 en fonction des fréquences	12
Voyant d'Acquisition	1	Test de la Diaphonie entre les voies	14
Déclenchement externe	1	Efficacité du filtre Anti-Repliement	15

Logiciels :

Menu ATV	032k6a
SACS	112k8b RTD USB

EPIE	052k3a
EPAC	ATV 112k8b

Fait à Gardanne, le 16 décembre 2010.



Signature

Nom du Signataire : H. Gély-Minière

Nota : Les 15 pages du PV de contrôle sont archivées à la Société IDETEC sous la référence 201012-A63.