



CERTIFICAT DE CONTRÔLE

N° 1104011

APPAREIL CONTRÔLÉ : ATV15

n° 93

Date contrôle : 04 avril 2011

Effectué par : Hélène Gély-Minière

Configuration :

CPU MOPSIcdLX
Disque Dur 2 Go

Carte Mesure DIAMOND MM16AT
Mémoire 512 Mo

Contrôles effectués :

TESTS FONCTIONNELS	Page	MESURES	Page	
Bloc Alim. externe 220V/12V	1	Bruit avec entrées shuntées en fonction du Gain	Gain 1	2
Pile de sauvegarde	1		Gain 2	3
Alimentations internes	1		Gain 4	4
Charge batterie	1		Gain 8	5
Batteries	1	Signal sinusoïdal 100mV à 10Hz en Gain 8		6
Imprimante	1	Signal sinusoïdal 4000mV à 10Hz en Gain 1		7
Présence papier	1	Signal sinusoïdal 500mV à 10Hz en fonction du Gain	Gain 1	8
Ecran	1		Gain 2	9
Clavier	1		Gain 4	10
Port USB	1		Gain 8	11
Interrupteur M/A	1	Signal sinusoïdal 500mV Gain 8 en fonction des fréquences		12
Voyant d'Acquisition	1	Test de la Diaphonie entre les voies		14
Déclenchement externe	1	Efficacité du filtre Anti-Repliement		15


Logiciels :

Menu ATV	032k6a
SACS	072k10a DIA WOOSIM

Config. EPIE	042k6b
EPIE	DIA032k11a WOOSIM
EPAC	ATV 082k10a WOOSIM

Fait à Gardanne, le 04 avril 2011.

IDETEC <i>Innovation et Développement Technologiques</i> SARL au capital de 76 224 € 15, Lot. Com. Pesquier 13120 GARDANNE Tél. 04 42 51 57 13 Fax: 04 42 58 42 29 SIRET 381 117 407 00035 - APE 7112 B <i>Cachet</i>
--


Signature

Nom du Signataire : H. Gély-Minière

Nota : Les 15 pages du PV de contrôle sont archivées à la Société IDETEC sous la référence 201104-A93.