

# CERTIFICAT DE CONTRÔLE



N° 1106048

APPAREIL CONTRÔLÉ : ATV15

n° 91

Date contrôle : 16 juin 2011

Effectué par : Hélène Gély-Minière

Configuration :

CPU MOPSlcdLX  
Disque Dur 2 Go

Carte Mesure DIAMOND MM16AT  
Mémoire 512 Mo

Contrôles effectués :


TESTS FONCTIONNELS	Page	MESURES	Page
<del>Bloc Alim. externe 220V/12V</del>	1	Bruit avec entrées shuntées en fonction du Gain	Gain 1 2
Pile de sauvegarde	1		Gain 2 3
Alimentations internes	1		Gain 4 4
Charge batterie	1		Gain 8 5
Batteries	1	Signal sinusoïdal 100mV à 10Hz en Gain 8	6
Imprimante	1	Signal sinusoïdal 4000mV à 10Hz en Gain 1	7
Présence papier	1	Signal sinusoïdal 500mV à 10Hz en fonction du Gain	Gain 1 8
Ecran	1		Gain 2 9
Clavier	1		Gain 4 10
Port USB	1		Gain 8 11
Interrupteur M/A	1	Signal sinusoïdal 500mV Gain 8 en fonction des fréquences	12
Voyant d'Acquisition	1	Test de la Diaphonie entre les voies	14
Déclenchement externe	1	Efficacité du filtre Anti-Replieiment	15

Logiciels :

Menu ATV	032k6a
SACS	072k10a DIA WOOSIM

Config. EPIE	042k6b
EPIE	DIA082k10a WOOSIM
EPAC	ATV 082k10a WOOSIM

Fait à Gardanne, le 16 juin 2011.



Signature

Nom du Signataire : H. Gély-Minière

Nota : Les 15 pages du PV de contrôle sont archivées à la Société IDETEC sous la référence 201106-A91.